รหัสหน่วยงาน GX 33-215

แบบ พ.ป.ส.๔ค-๒

ใบอนุญาตเลขที่ 4XM0306/63F1

ใบอนุญาต

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ บริษัท โมบาย เช็คอัพ เซ็นเตอร์ จำกัด

โดย นายพิเชษฐ์ ภู่ดำรงค์ กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท **อายุ** - **ปี** **สัญชาติ** -

ที่อยู่ เลขที่ 682, 684 ถนน เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

สถานที่ทำการ บริษัท โมบาย เช็คอัพ เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 682, 684 ถนน เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000.

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน การแพทย์

ตามคำขออนุญาต เลขที่ 5-16-63 **ลงวันที่** 5 กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2563

จำนวน 3 **รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เลขที่** 4XM0306/63F1 **จำนวน** 1 **หน้า**

สถานที่ติดตั้งใช้งาน

บริษัท โมบาย เช็คอัพ เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 682, 684 ถนน เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

อนุญาตตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2563 **ถึงวันที่** 11 กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2568

(นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย)

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประทับตราสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสำคัญ

เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต พ.ป.ส.4ค-2 เลขที่ 4XM0306/63F1

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการแพทย์

บริษัท โมบาย เช็คอัพ เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี

รายที่ 1 นางสาวปารดา เสริมทรัพย์ **หมายเลขโทรศัพท์** 08-9667-5522

รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสี

รายการ	ประเภท	สถานะ	ชนิด	แบบ	กลุ่ม	ผู้ผลิต	หมายเลขรุ่น	หมายเลขเครื่อง	กำลังสูงสุด	การใช้ประโยชน์
1	Medical	ครอบครอง/ใช้	Radiographic Bus	Fixed	2	UNIVERSAL	3487-50	MR1871-0592	125 kV 300 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป
2	Medical	ครอบครอง/ใช้	Radiographic Bus	Fixed	2	TOSHIBA	DC-12M	T6608503	125 kV 500 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป
3	Medical	ครอบครอง/ใช้	Radiographic Bus	Fixed	2	บริษัท คงศักดิ์เอกซเรย์การแพทย์อุตสาหกรรม จำกัด	MD 100-99	CT 231-05-95	100 kV 100 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป

(นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบ ส.พ. ๗

130918

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๗๓๑๐๗๐๐๐๒๕๗ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ _____)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท โมบาย เช็คอัพ เซ็นเตอร์ จำกัด โดย นายพิเชฐ ภู่ดำรงค์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท **ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**

ลักษณะสถานพยาบาล **คลินิกเทคนิคการแพทย์** จำนวนเตียง - เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ **ภูติภัสคลินิกเทคนิคการแพทย์**

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘๕ หมู่ที่ - ซอย/ตรอก - ถนน เพชรเกษม

ตำบล/แขวง **พระประโทน** อำเภอ/เขต **เมืองนครปฐม** จังหวัด **นครปฐม**

รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๑ [illegible]

วัน/เวลาเปิดทำการ: **จันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ ๑๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.**

บริการที่จัดให้มี -

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ....๒๕๖๖.... และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ .....

ผู้อนุญาต

เอกสารนี้เป็นของบริษัท โมบาย เช็คอัพ เซ็นเตอร์ จำกัด

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่อใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่าเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือน และอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

03615

ส.พ. ๔๙

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ศธ๔๐๗๐๐๐๔๖๕

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นายปิยะณัฐ พันธุ์จุบล

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.๒๓๔๕

วันที่ออกใบอนุญาต ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ ลูลิ่ลคลินิกเทคนิคการแพทย์ ชนิด ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง เตียง ลักษณะสถานพยาบาล คลินิกเทคนิคการแพทย์

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘๘ หมู่ที่ -

ซอย/ตรอก - ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง พระประโทน

อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๑ ๒๑๑๓ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พค พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุใบอนุญาตชั่วคราว วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒. วันสิ้นอายุใบอนุญาตชั่วคราว วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.

๓. วันสิ้นอายุใบอนุญาตชั่วคราว วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.

๔. วันสิ้นอายุใบอนุญาตชั่วคราว วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.

ข้อสังเกต

ใบแทนใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาตต่างใบอนุญาตสิ้นอายุ หากทราบว่าอายุใบอนุญาตฉบับนี้จะดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ปิดสถานที่ดำเนินการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑)

เอกสารนี้เป็นของปลอม ใช้ไม่ได้ ธนพัฒน์ จำกัด

วุฒิบัตร

แสดงความรู้เรื่องความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

คณะกรรมการแพทยสภาอนุมัติให้
เรือเอกภาคินัย อิศรางกูรณฑยา

ที่ ๑๕๒๔/๒๕๒๕

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ใบอนุญาตที่ ๗๕๑๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙
เป็นผู้มีความรู้เรื่องความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

และมีเกียรติ สิทธิ์และศักดิ์แห่งวุฒิบัตรนี้ทุกประการ
ออกให้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

นายกแพทยสภา

ประธานอนุกรรมการฯ

เลขาธิการแพทยสภา

เอกสารนี้เป็นของบริษัท ไม่ใช่ของผู้ศึกษา เพื่อการศึกษาเท่านั้น

ใบอนุญาตที่ ร.ส.๕๙๓

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒

คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

ออกใบอนุญาตฉบับนี้แก่

นาย เอกนิรินทร์ เปรมปรี อายุ ๒๕ ปี

ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
และมีสิทธิประกอบโรคศิลปะตามสาขา ดังกล่าวได้ ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมาย

ใบอนุญาตออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายอ[illegible] [illegible]วิวงศ์)
กรรมการและเลขานุการ

(นายจ[illegible]ชัย [illegible]ไชยาการ)
ประธานกรรมการวิชาชีพ

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

Radiation Safety Officer License

RSO-ML-6022-002498/1

นางสาวปารดา สรินทร์ชื่อ

Name

Miss Parada Surnsub

Level

Category Radiation Generation

Office of Atomic Energy for Peace

RSO-ML-6022-002498/1

Date of Issue 27 Dec. 2021

Valid Until 26 Dec. 2026

ที่ ๖๑๙

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายแพทย์สุรเดช สุวรรณวิเศษกุล

ได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์

หลักสูตร ๒ เดือน รุ่นที่ ๒๔

ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(นายแพทย์ชำนิ ไชยวิประดิษฐ์)
อธิบดีกรมการแพทย์

(นายแพทย์สุพรรณ ศรีวรุณยา)
รองอธิบดีกรมการแพทย์

(นายแพทย์อุทัย ตันศลารักษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

เอกสารนี้เป็นสำเนาที่ถูกต้องจากต้นฉบับที่ลงลายมือชื่อแล้ว

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวทิพวรรณ เลิศมุทิรพย์

ได้รับการฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางเวชศาสตร์

หลักสูตรระยะสั้น ๑๐ วัน รุ่นที่ ๑๐

ระหว่างวันที่ [illegible] - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

เอกสารนี้เป็นของบริษัท [illegible] จำกัด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบประกาศนียบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

นาย สมพงษ์ มั่นคง

ได้เข้ารับการอบรม

"การใช้เครื่องมือตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการมองเห็น"

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๑๖๑๐ ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พัชราพร เกิดมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราพร เกิดมงคล

ผู้อำนวยการสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบประกาศนียบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

นางสาว ปองพร สารเจริญ

ได้เข้ารับการอบรม

"การใช้เครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ"

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๑๖๑๐ ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พัชราพร เกิดมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราพร เกิดมงคล

ผู้อำนวยการสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานของตู้ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (แบบแยกความถี่)

บริษัท โมบาย เช็คอัพ เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 682, 684 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

ดำเนินการโดย

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ผู้ดำเนินการตรวจวัดและประเมิน
นายพงศธร แดหวามาลัย นักวิชาการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รับรองรายงานผลการตรวจวัด

.....

(นายโสภณ พงษ์โสภณ)
ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

SHAWPAT SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND) UNDER PATRONAGE
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
141 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02-884-1852, 02-403-1606 - 612 โทรสาร 02-448-3556
141 Borommarachachonnanee Rd., Thaling Chan, BKK. 10170 THAILAND Tel. 02-884-1852, 02-403-1606 - 612 Fax. 02-448-3556
HTTPS://www.shawpat.or.th E-mail : สำหรับงานสมาชิก shawpatmember@gmail.com สำหรับงานอบรม shawpattraining@gmail.com, shawpatinhouse@gmail.com
สำหรับงานตรวจวัด shawpatinspection@shawpat.or.th สำหรับงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม shawpat.she.tech@gmail.com สำหรับงานบัญชี : shawpat.account@gmail.com

ใบรายงานผล

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โมบาย เช็คอัพ เซ็นเตอร์ จำกัด	**เลขที่ใบรายงานผล**	:	6600486
ที่อยู่	:	เลขที่ 682, 684 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000			
สถานที่ตรวจวัด	:	รถตรวจการได้ยิน ทะเบียนรถ 90-6251 นครปฐม			
ประเภทการตรวจวัด	:	ระดับเสียงแยกความถี่	**เลขที่ตัวอย่าง**	:	0452-0459/9/66
จุดตรวจวัด	:	ห้องตรวจการได้ยิน	**วันที่ตรวจวัด**	:	28 กันยายน 2566
เครื่องมือตรวจวัด	:	Sound Level Meter	**วันที่วิเคราะห์ผล**	:	28 กันยายน 2566
ตรวจวัดโดย	:	ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	**วันที่ทำใบรายงานผล**	:	2 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	บริเวณจุดตรวจวัด	ระดับเสียง						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 KHz	2 KHz	4 KHz	8 KHz
	บริเวณท้ายรถ							
1	ห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ฝั่งขวามือ)	24.8	20.8	23.8	38.9	37.8	38.9	40.2
2	ห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ฝั่งซ้ายมือ)	24.0	30.6	33.9	36.5	34.7	38.9	40.2
ค่ามาตรฐาน 1/ 2/				**40**	**40**	**47**	**57**	**62**
3	ห้องโถง	30.2	35.1	35.5	38.8	39.0	39.3	42.1
	บริเวณกลางรถ							
4	ห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ฝั่งด้านหน้าขวามือ)	28.8	30.8	32.6	33.2	35.8	36.3	39.7
5	ห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ฝั่งด้านหน้าซ้ายมือ)	30.9	30.3	32.4	33.4	35.3	36.3	39.7
6	ห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ฝั่งกลางขวามือ)	29.8	30.4	33.4	33.8	37.8	36.3	39.7
7	ห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ฝั่งกลางซ้ายมือ)	29.9	30.8	32.1	34.7	38.4	36.3	39.7
ค่ามาตรฐาน 1/ 2/				**40**	**40**	**47**	**57**	**62**
8	ห้องโถง	30.5	31.7	34.3	35.8	38.0	38.2	40.1

หมายเหตุ 1/ : ข้อแนะนำของ Occupational Safety & Health Administration (OSHA) 1983
2/ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2547-2555 (ภาคผนวก ข. การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน)

.....

(นางสาวอรัญญา ภูบังไม้)
รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับนี้ห้ามตัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลเฉพาะเพียงบางส่วนหรือทั้งฉบับโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร